

## **KSP 7.8.2 Tyrimų rezultatų vertinimas ir informacijos teikimas (I.8)**

### **Priedas Nr.1 NMVRVI sprendimo taisyklės**

Tyrimo rezultato su matavimo neapibrėžtimi atitiktis teikiama pritaikant sprendimo taisyklę:

**Sprendimo taisyklė esant reglamentuojamai maksimaliai (viršutinei) ribai:** nustatytas rodiklis atitinka dokumento (jį įvardinant) reikalavimus, jeigu neviršija priimtumo ribos, apskaičiuotos prie nustatytos maksimalios ribos pridedant apsaugos juostą, gautą išplėstinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento 0,83, esant 95 % pasiklovimo lygiui. Priešingu atveju gautas rezultatas neatitinka reikalavimų.

**Sprendimo taisyklė esant reglamentuojamai minimaliai (apatinei) ribai:** nustatytas rodiklis atitinka dokumento (jį įvardinant) reikalavimus, jeigu yra ne mažesnis už priimtumo ribą, apskaičiuotą iš nustatytos minimalios ribos atimant apsaugos juostą, gautą išplėstinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento 0,83, esant 95 % pasiklovimo lygiui. Priešingu atveju gautas rezultatas neatitinka reikalavimų.

**Sprendimo taisyklė esant reglamentuojamai minimaliai ir maksimaliai ribai:** nustatytas rodiklis atitinka dokumento (jį įvardinant) reikalavimus, jeigu neviršija priimtumo ribų, apskaičiuotų iš nustatytos minimalios ribos atimant, o prie maksimalios ribos pridedant apsaugos juostą, gautą išplėstinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento 0,83, esant 95 % pasiklovimo lygiui. Jeigu rezultatas yra didesnis už maksimalią ir/arba yra mažesnis už minimalią priimtumo ribą, laikomas neatitinkančiu reikalavimų.

**Pastaba.** NMVRVI nesvarsto rizikos, susijusios su sprendimo taisykle, lygio, kai sprendimo taisyklę nurodo reglamentai, norminiai dokumentai arba užsakovas.